

■ 高水准的系统误差・随机误差

容量(颜色)	测定容量(μL)	系统误差(%)	随机误差(%)
2 μL (● 灰色)	0.2	$\pm 12.0^{**}$	$\leq 6.0^{**}$
	1	± 2.5	≤ 1.5
	2	± 1.4	≤ 0.7
10 μL (● 粉色)	1	± 2.5	≤ 1.8
	5	± 1.5	≤ 0.8
	10	± 1.0	≤ 0.4
20 μL (● 奶油色)	2	± 3.0	≤ 1.5
	10	± 1.2	≤ 0.6
	20	± 1.0	≤ 0.3
100 μL (● 橙色)	10	± 3.0	≤ 1.0
	50	± 1.0	≤ 0.3
	100	± 0.8	≤ 0.2

※ NARAS-2小于0.2 μL 和NARAS-10小于1 μL 的系统误差・随机误差受到采样技术和采样环境的大幅影响