

容量(颜色)	测定容量(μL)	系统误差(%)	随机误差(%)
200 μL (●黄色)	20	± 1.8	≤ 0.7
	100	± 1.0	≤ 0.3
	200	± 0.6	≤ 0.2
1000 μL (●蓝色)	100	± 1.0	≤ 0.6
	500	± 0.8	≤ 0.2
	1000	± 0.6	≤ 0.2
5000 μL (●绿色)	500	± 2.0	≤ 0.6
	2500	± 0.7	≤ 0.25
	5000	± 0.5	≤ 0.15
10000 μL (●白色)	1000	± 2.0	≤ 0.6
	5000	± 0.8	≤ 0.2
	10000	± 0.5	≤ 0.15