

検査成績書

發行番 号 XXXXX 号

製品名	デジタル温湿度計	検査年月日	年 月 日
型式	AD-5648A	検査場所	株式会社エー・アンド・デイ開発・技術センター
識別番号	XXXXXXXX	温湿度	℃ %RH
検査条件			
使用検査装置			

標準器名	型式	管理番号
クオーツ温度計	XXXXXXXX	T-089
湿度温度計	XXXXXXXXX	T-128

温度測定精度

測定温度 (°C)	標準器温度 (°C)	指示値 I N (°C)	指示値 O U T (°C)	許容範囲 (°C)
0				± 1
1 0				± 1
2 5				± 1
4 0				± 1

*周囲湿度 50% (0℃を除く)

湿度測定精度

測定湿度 (%)	標準器湿度 (%)	指示値 I N (%)	指示値 O U T (%)	許容範囲 (%)
3 0				± 5
5 0				± 5
7 0				± 1 0

*周囲温度 25℃

総合判定

承認	検査
・	・

(株) エー・アンド・デイ

様式No.