

NIST 标准液 (JIS)	pH 值	pH 4.01	pH 6.86	pH 9.18
	编号	CC-3001-01	CC-3001-02	CC-3001-04

USA 标准液	pH 值	pH 4.01	pH 7.00	pH 10.01
	编号	CC-3001-01	CC-3001-03	CC-3001-05

注) 请参考各 pH 计本体的校正值, 再选购以上标准液。