

砂芯漏斗规格对应

国际标准	原标准	滤板孔径(微米)	一般用途
P250	C00	160~250	滤除大颗粒沉淀
P160	G0	100~160	滤除粗颗粒沉淀, 收集和分布气体分子
P100	G1A	70~100	处理水
P70	G1	50~70	滤除大沉淀物及胶状沉淀物
P50	G2	30~50	滤除大沉淀物及气体洗涤用
P30	G3	16~30	滤除细沉淀物及水银过滤用
P16	G4A	7~16	滤除细颗粒沉淀, 收集或分布细分子气体
P7	G4	4~7	滤除液体中细或极细沉淀物
P4	G5	2~4	滤除极细物质沉淀及较大杆菌
P2	G6	1.2~2.0	滤除大肠杆菌及葡萄球菌